

附件 1:

遵义医科大学附属医院 2024 年大规模设备更新项目（二）

设备清单及主要技术参数

产品 序号	使用 科室	设备名称	数量 (套)	预算（元）	主要技术参数及配置	备注
1	手术室	腹腔镜	2	3,000,000	1、提供腹腔镜摄录像监视系统、CO2 气腹系统、电切割系统、冲洗—吸引系统、手术器械等； 2、可供普通外科、泌尿外科、妇产科及胸外科等使用； 3、手术治疗及诊断。	原装进口
2	妇科	宫腔镜检查 镜系统	1	2,800,000	1、摄像系统：光学视管。摄像头、照明系统、主机和显示器； 2、照明系统：光源主机和导光束； 3、彭宫系统：彭宫主机，进水管和彭宫管道； 3、电器械系统：包括电外科能量系统-高频电刀、手术器械。	
3	甲乳 外科	腹腔镜系统	1	1,900,000	1、具有兼容性，摄像主机有不断升级的空间，可兼容荧光腹腔镜、3D 腹腔镜、4K 腹腔镜等； 2、模块化超高清摄像平台，摄像主机； 3、腹腔镜镜/30° 内镜，带光纤接口。应用于:甲状腺腹腔镜手术、甲状旁腺腹腔镜手术、乳腺腹腔镜手术。	原装进口

4	小儿普一病区	腹腔镜系统	1	2,600,000	1. 模块化超高清 4K、荧光腹腔镜系统（摄像主机、摄像头、冷光源、监视器、气腹机、荧光腹腔镜镜头、台车）； 2. 主要用于胸、腹腔肿瘤、先天性肺部病变切除、肾积水等微创手术，其荧光定位技术可以精准切除病灶。	原装进口
5	小儿普一病区	超高清腹腔镜系统	1	1,000,000	1. 数字化信号处理, 主机面板全触摸屏设计； 2. 摄像头具有 3 组 CMOS 晶片，系统达到全程高清数字化信号，用于高清光学腔镜手术； 3. 主要用于腹腔镜微创手术如：肾积水、隐睾、鞘膜积液等疾病。	原装进口
6	大心脏血管外科	胸腔镜系统	1	1,800,000	用于心脏手术的超高清摄像系统；镜子 2 条；可录视屏等。	
7	胸外科	胸腔镜系统	1	2,300,000	分辨率大于 4K，带荧光功能；用于：1、肺段、联合肺段以及肺叶切除手术，2、食管癌术中胸导管显影，乳糜胸患者胸导管结扎术，3、复杂纵隔肿瘤手术等。	