

附件 1:

遵义医科大学附属医院 2024 年大规模设备更新项目（五）

设备清单及主要技术参数

产品 序号	使用科室	设备 名称	数量 (套)	预算（元）	主要技术参数及配置	备注
1	美容皮肤科	激光治 疗仪	1	2,400,000	1、提供定焦与变焦手具模式； 2、最大脉冲输出功率≥200mj； 3、提供波长范围。	原装 进口
2	美容皮肤科	射频治 疗仪	1	1,300,000	1、双灯冷却，脉宽 5~200ms 2、智能子脉冲 3、可同时衔接剥脱性点阵激光。	原装 进口
3	美容皮肤科	激光治 疗仪	1	2,600,000	1、提供面部、眶周、躯干多功能治疗 部位及类型 2、提供单极回路射频报告； 3、提供射频能量和皮肤阻抗差异参 数。	原装 进口
4	泌尿外科	超声定 位系统	1	1,200,000	1.可移动式； 2.具备经直肠超声探头和深部组织探 头各一个； 3.有匹配的穿刺支架； 4.可应用于肾脏、膀胱、前列腺超声 检查。	
5	泌尿外科	导航定 位系统	1	2,000,000	1.具备 C 臂运动 X 射线透视定位； 2.超声探头定位装置环冲击波源锥形 多角度运动； 3.探头能对焦点作直线和环形运动 4.高压放电治疗电压：10KV~18KV 连 续可调； 5.触发频率连续可调： 0.3Hz~2Hz。	原装 进口